ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН» (ФБУ «ДАГЕСТАНСКИЙ ЦСМ»)

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, дом 17, тел. 62-06-02

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о поверке № 462

Действительно до «27» мая 2015 г.

Средство измерений Анализатор пыли
наименование, тип (если в состав средства измерений

МР 101М
входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)

Серия и номер клейма предыдущей поверки
(если такие серия и номер имеются) -

Заводской номер (номера) 3093

Принадлежащее ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»

ИНН 0562039983
наименование юридического (физического) лица, ИНН

Поверено в соответствии с Р50.2.047-2005
наименование и номер документа, на методику поверки

С применением эталонов: РЭ-001-05-07
наименование, заводской номер, разряд, класс, или погрешность

При следующих значениях влияющих факторов: t° 24^{0}С, 764 мм. рт. ст., отн. вл. 62 %
приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего средства измерения.

Поверительное клеймо

Руководитель отдела (лаборатории) поверки _____ ***Р.А. Алиев***
должность руководителя подразделения — подпись — фамилия

Поверитель _____ ***Н.М.Беламерзаев***
подпись — фамилия

«27» мая 2014 г.

001465