УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»

_____ М.Х. Рабаданов

«__04__» _____ 2014 г.

МЕТОДИКА АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО ЦИНКА В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, А ТАКЖЕ В КОНЦЕНТРАТАХ ПОСЛЕ ДЕСОРБЦИИ С РАЗЛИЧНЫХ СОРБЕНТОВ В ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НА ВЫСОКОТОЧНОМ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ СПЕКТРОМЕТРЕ С ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СПЕКТРА CONTRAA®700

Махачкала 2014 г.

Для подготовки градуировочных растворов можно использовать коммерческие стандартные образцы растворов металлов (обычно с концентрацией 100 или 1000 мкг/мл) или готовить головные градуировочные растворы самостоятельно непосредственно в лаборатории с использованием стабильных при хранении чистых металлов или устойчивых их соединений (оксиды, соли), квалификации не хуже «ч.д.а», с известным (или специально определенным) содержанием основного вещества. Использование высокочистых металлов и их соединений не обязательно, так как головные растворы при доведении до рабочих градуировочных растворов подвергаются значительному разбавлению. Но для растворения металлов и их соединений следует применять высокочистые реагенты, расходуемые в больших количествах.

После приготовления головного раствора последующим разбавлением получаем калибровочные растворы с концентрацией: 50.0 и 100.0 мкг/л. Которые в последующем будут разбавляться автосэмплером: 0, 25, 50, 75, 100 мкг/л. Растворы образцов и стандартов необходимо разбавлять 1%-й азотной кислотой.

Определение в образцах можно проводить на прямую вводя предварительно подготовленные пробы (гомогенные жидкие образцы). При значениях выше абсорбции калибровочного стандарта образцы разбавляются для более точных измерений.

Operator: Magovedov K.E.

Calibration

Method: Zn 100 mkg/L

Results file:



Calibration data: Zn213

Date: 27.05.2014 12:52

R^2(adj.): 0.998792221 Slope:0.02423 Abs./µg/L Char.conc.:0.17996 µg/L/1%A

Method SD: 1.10134 µg/L

y=(a+bx)/((1+cx) a=0.3264168 b=0.0275593 c=0.0102067

Table Zn213

Type	*Conc. [µg/L]*	*Abs.*	*SD*	*RSD/%*	*Abs. Recal.*	*Rem.*
Cal-Zero1	0	0.32206	0.07335	22.8		
Cal-Std1	25	0.82064	0.00501	0.6		
Cal-Std2	50	1.1180	0.01264	1.1		
Cal-Std3	75	1.3586	0.02178	1.6		
Cal-Std4	100	1.5256	0.03952	2.6		

Finished: 27.05.2014 12:52

Method Parameters Technique: Graphite furnace

Name: Zn 100 mkg/L *Version:* 4
Created: 21.03.2014 11:46 *By operator:* Magovedov K.E.
Comment:
Kurban Magomedov
Calibration 0-100 mkg/L

Lines

Line	*Type*	*Elem.*	*Wavel.[nm]*	*Read time[s]*	*Spectra*	*Group*	*Order*
Zn213	Abs	Zn	213.8570	5	68	1	2

Graphite Furnace Parameters (Platform)

Zn213

Furnace program

Step	*Name*	*Temp.[°C]*	*Ramp[°C/s]*	*Hold[s]*	*Time[s]*	*Wash*	*Add.gas*	*Inj.*	*E/P*
1	Drying	80	6	20	27.5	Stop	Max		
2	Drying	90	3	20	23.3	Stop	Max		
3	Drying	110	5	10	14.0	Max	Stop		
4	Pyrolysis	300	50	20	23.8	Max	Stop		
5	Gas adaption	300	0	5	5.0	Stop	Stop		
6	Atomize	1300	1500	3	3.7	Stop	Stop		
7	Clean	2450	500	4	6.3	Max	Stop		

Modifier

none
Enrichment: off
QC stock in tube: off

Sample Transport

Delay time: 0 s *Autosampler:* Yes
Dilution if conc. exceeded: in graphite tube
Wash: Between runs *Wash cycles:* 2

Evaluation

Line	*Int. mode*	*BGC mode*	*Spectr.range*	*Eval.Pixels*	*BGC fit*	*Perm.Struct.*
Zn213	Area	with reference	200	3	dynam.	off

Calibration

Mode: Standard calibration *Std. prep.:* by dilution

Stock standards

No.	*Name*	*Pos*	Unit
1	Zn 50	2	µg/L
	Elements and concentrations: Zn 50		
2	HNO3	1	µg/L
	Elements and concentrations: Zn 0		
3	Zn 100	3	µg/L
	Elements and concentrations: Zn 100		

Calibration Curve Parameters

Line	*Calib. func.*	*Intercept*	*Weighting*	*Check*	*Unit*	*Vol.*
Zn213	nonlinear	calculate	none	none	*µg/L*	*20*

Calibration Table

No.	Type	Pos	%(Stock No.)	Rec	Zn[µg/L]
1	Cal-Zero	1	0(0)	REC	0
2	Cal-Std	2	10(1)	-	25
3	Cal-Std	2	20(1)	REC	50
4	Cal-Std	3	15(3)	-	75
5	Cal-Std	3	20(3)	-	100

Statistics Parameters

Statistics::	Mean stat.	*CI calc..:*	absolute	*Confidence level:*	95.4%
Repl./sample:	2	*Repl./calib.sample:*	2	*Repl./QC sample:*	2
Pre-runs:	0	*Grubbs test:*	off		

QCS Parameters

No entries exist

QCC Parameters

RSD/RR% check:	no react.	*Calib. check:*	no react.	*Recal. check:*	no react.

Finished: 27.05.2014 12:52